

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước R.O và hệ thống rửa tay phẫu thuật của Bệnh viện huyện Củ Chi** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Củ Chi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.*
 - Nhận qua email: *tothau.bvcc@gmail.com*. (gửi thư bằng báo giá về địa chỉ: *Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547*)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (*Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần*). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ. (*Đính kèm Phụ lục danh mục dịch vụ*).
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện huyện Củ Chi.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 24 giờ đến 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có
- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

Thời hạn thanh toán: Từ 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu;

5. Các thông tin khác :

- Nhà thầu vui lòng báo giá mẫu (*Đính kèm Mẫu báo giá*);
- Mô tả đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi khi HĐKHCN của Bệnh viện có nhu cầu;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa khi sau trúng thầu và ký kết hợp đồng: Tại Kho Vật tư y tế – Bệnh viện huyện Củ Chi – Địa chỉ: số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM;

Trân trọng ./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTT (02b);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tô Bảo Hoàng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN HUYỆN CỬ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông báo chào giá số: 613/TB-BVCC, ngày 10 / 5 /2024)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Hệ thống xử lý nước R.O và thiết bị rửa màng lọc thận định kỳ 03 tháng/lần	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng;- Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa R.O và hệ thống cấp nước R.O;- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O cho các máy chạy thận;- Quy trình áp dụng: Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018;- Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận.	4	Lần
1.1	Kiểm tra bảo trì hệ thống R.O:	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng;- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O cho thiết bị rửa màng lọc;- Quy trình áp dụng: Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018;- Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận.	4	Lần
1.2	Kiểm tra bảo trì thiết bị rửa quả lọc	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng;- Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O cho thiết bị rửa màng lọc;- Quy trình áp dụng: Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018;- Người thực hiện: Có chứng chỉ thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận.	4	Lần
1.3	Thay lõi lọc phân tử	<ul style="list-style-type: none">- Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén;- Kích thước lõi thẩm thấu 5micron;- Kích thước lõi lọc: $\geq \text{Ø}63 \times 508\text{mm}$;- Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần.	20	Cái

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1.4	Thay lõi lọc vi sinh (lọc xác khuẩn cuối nguồn)	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng gấp nếp trong khung nhựa PP; - Kích thước lỗ thấm thấu 0,2 micron; - Kích thước lõi lọc: $\geq \text{Ø}63 \times 508\text{mm}$; - Số lượng lõi lọc: 05 lõi lọc cho mỗi lần thay, 3 tháng thay một lần. 	20	Cái
1.5	Xét nghiệm hóa lý (23 chỉ tiêu)	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: tại đường hồi lưu hệ thống R.O; - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959 : 2014 (quy định BYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định. 	1	Lần
1.6	Xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu); - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (quy định BYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định; - Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ 03 tháng 01 lần. 	4	Lần
1.7	Xét nghiệm tổng số vi sinh vật sống	<ul style="list-style-type: none"> - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu (01 mẫu tại đường cấp đi và 01 mẫu tại đường hồi lưu); - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (quy định của BYT); - Bao gồm chai lọ đựng mẫu theo quy định; - Thực hiện sau mỗi lần tẩy rửa khử khuẩn, định kỳ 03 tháng 01 lần. 	4	Lần

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1.8	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc đa chất	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu khử sắt, mangan, kim loại nặng, tạp chất vô cơ, cặn lơ lửng... + Kích cỡ hạt: 10 x 40 mesh; + Tỷ trọng: 40 – 45 lbs/ft³; + Quy cách bao: >18kg; + Tiêu chuẩn: NSF; + Số lượng: 03 bao. - Cát thạch anh: + Kích cỡ hạt: 0,7 – 1,2mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50 kg; + Số lượng: 01 bao. - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao. - Ống lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0.4mm; + Số lượng: 01 bộ; 	1	Bộ



STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1.9	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc than hoạt tính	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt lọc than hoạt tính (than chuyên dùng cho nước tinh khiết): + Công dụng: khử dư lượng Chlorine, Fluoride, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước; + Kích cỡ hạt 8 x 16mesh (1.18 – 2.36mm); + Tiêu chuẩn: NSF hoặc tương đương; + Quy cách bao: 25 kg; + Số lượng: 02 bao. - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao. - Ống lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0.4mm; + Số lượng: 01 bộ. 	1	Bộ

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1.10	Thay thế nguyên vật liệu cột lọc làm mềm nước	<ul style="list-style-type: none"> - Hạt lọc resin Na⁺/: + Công dụng trao đổi ion, khử Ca²⁺, Mg²⁺, (làm mềm nước); + Kích cỡ hạt: 0.6 ± 0.05 mm; + Tỷ trọng: 840 (± 5%) g/l; + Công bố tuân thủ tiêu chuẩn FDA; + Quy cách bao: 25 lít; + Số lượng: 04 bao; + Xuất xứ: Lanxess-Germany. <ul style="list-style-type: none"> - Sỏi lọc nước: + Kích cỡ hạt: 5 – 10mm; + Tỷ trọng khô: 1,4 kg/l; + Quy cách bao: ≈ 50kg; + Số lượng: 01 bao; + Xuất xứ: Việt Nam. <ul style="list-style-type: none"> - Ông lọc trung tâm: + Chất liệu: nhựa PVC; + Khe lọc: 0.4mm; + Số lượng: 01 bộ; + Xuất xứ: VIỆT NAM. 	1	Bộ
1.11	Thay bóng đèn UV trong bồn chứa nước R.O	Công suất 32W	1	Bộ
1.12	Thay bóng đèn UV trên đường cấp nước đến máy thận	Công suất 37W	1	Bộ
1.13	Muối tinh khiết	NaCl ≥ 99.5%	300	Kg



STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1.14	Acid citric	Hàm lượng > 99%	200	Kg
2		Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống rửa tay phẫu thuật của phòng mổ 03 tháng/lần		
2.1	Kiểm tra bảo trì hệ thống rửa tay phẫu thuật:	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống, báo cáo đề xuất các vật tư, thiết bị hư hỏng; - Tẩy rửa khử khuẩn đường ống bồn rửa tay; - Test thử hàm lượng Clorine; - Tẩy rửa khử khuẩn đường ống 2 bồn rửa tay. 	8	Lần
2.2	Thay bóng đèn UV	Công suất 37W	2	Bộ
2.3	Thay lõi lọc tinh 5micron	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén; - Kích thước lỗ thấm 5 micron 10 inch; - Quy cách: Ø60mm, dài 254mm. 	8	Cái
2.4	Thay lõi lọc tinh 1micron	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén; - Kích thước lỗ thấm 1 micron 10 inch; - Quy cách: Ø60mm, dài 254mm. 	8	Cái
2.5	Thay lõi lọc than	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 10 inch; - Quy cách: Ø60mm, dài 254mm. 	8	Cái
2.6	Xét nghiệm vi sinh (5 chỉ tiêu)	<ul style="list-style-type: none"> - Coliforms tổng số; - Escherichia coli; - Streptococci faecal; - Pseudomonas aeruginosid; - Bảo tử vi khuẩn kỵ khí sulfit, 	8	Mẫu

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện huyện Củ Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện huyện Củ Chi và khả năng thực hiện của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1						
2						
....						
TỔNG CỘNG (.... KHOẢN)						(VNĐ)
Bảng chữ:						

Ghi chú:

1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
3. Báo giá có hiệu lực:..... kể từ ngày báo giá.

....., ngày ... tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)