

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Cử Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm vật tư y tế và hóa chất bổ sung (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa Cử Chi** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Cử Chi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

3.2. Nhận qua email: tothau.bvcc@gmail.com. (Quý công ty gửi file excel và file scan bảng báo giá qua email đồng thời gửi thư bảng báo giá về địa chỉ: Tổ mua sắm - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 08 năm 2025 đến ngày 29 tháng 08 năm 2025.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). (Đính kèm Phụ lục danh mục hàng hóa).

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Cử Chi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 giờ đến 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có.
- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

Thời hạn thanh toán: 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy đủ hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu;

5. Các thông tin khác:

- Nhà thầu vui lòng báo giá mẫu (Đính kèm Mẫu báo giá);
- Mô tả đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi khi HĐKHCN của Bệnh viện có nhu cầu;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng: Tại Kho VTYT; Kho hóa chất – Bệnh viện Đa khoa Củ Chi – Địa chỉ: số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM;

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS (THTT.02b);



Nguyễn Tô Bảo Hoàng



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế và hóa chất bổ sung (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi
(Đính kèm Thông báo số: 33/TB-BVCC, ngày 20/08/2025)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nước sản xuất	Năm sản xuất	ĐVT	Số lượng
1	Ống thở oxy lưu lượng cao + bộ phận làm ẩm, tạo ẩm	- Ống thở oxy lưu lượng cao + bộ phận làm ẩm, tạo ẩm - Lưu lượng oxy hỗ trợ: từ 10-60 L/ phút - Chất liệu: Silicon/PVC y tế an toàn. * Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO/CE hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.	Trung Quốc	2025	Bộ	20,0
2	Rọ bắt sỏi dùng trong tán sỏi thận ống soi mềm	- Bao gồm: Rọ, bộ ống ngoài, đầu dẫn hướng, tay cầm - Rọ được cấu tạo từ hợp kim - Kích cỡ: 1,9 Fr - Chiều dài $\geq 1.300\text{mm}$ - Thiết kế đầu rọ tròn, 4 dây - Tay cầm có thể tháo lắp được - Đóng gói đơn chiếc - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.	Trung Quốc	2024 trở đi	Cái	10,0
3	Sợi dây quang laser dùng trong tán sỏi thận ống soi mềm	- Kích cỡ: nhỏ hơn hoặc bằng $365\mu\text{m}$ - Chiều dài $\geq 2,5\text{m}$ - Có thể kết nối hoạt động với hệ thống máy tán sỏi laser của bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Trung Quốc	2024 trở đi	Sợi	1,0
4	Test nhanh HIV 1/2 Ab	- Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: $\geq 99,75\%$. - Hàm lượng chính: Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (PjC100)HIV-2, Antigen, (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. - Cho kết quả nh- Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: $\geq 99,75\%$. - Hàm lượng chính: Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (PjC100)HIV-2, Antigen, (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. - Cho kết quả nhanh trong vòng 10-15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: $\leq 50\mu\text{L}$ - Nhiệt độ bảo quản: $2 - 30^\circ\text{C}$ - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. - Thời gian trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: $50\mu\text{L}$ - Nhiệt độ bảo quản: $2 - 30^\circ\text{C}$ - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 13485.	Nhật Bản	2025	Test	5.000,0

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nước sản xuất	Năm sản xuất	ĐVT	Số lượng
5	Test nhanh HAV IgG/IgM Ab	- Test thử nhanh đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan A ở huyết thanh hoặc huyết tương người với 3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: "G" (vạch thử HAV IgG), "M" (vạch thử HAV IgM) và "C" (vạch chứng). - Độ nhạy $\geq 97.6\%$ và độ đặc hiệu $\geq 98\%$ - Thử tích sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chỉ là 5 - 10 μL và thời gian đọc kết quả là 20 phút - 1 test thử bao gồm: + Vạch thử "G": Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người ($0,640 \pm 0,128 \mu$g) + Vạch chứng: Kháng thể đề kháng IgG chuột ($0,640 \pm 0,128 \mu$g) - Dung dịch pha loãng đi kèm (nếu có). - Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương.	Hàn Quốc	Năm 2024 trở về sau	Test	1.000,0
6	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin niệu	- Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng microalbumin niệu. - Thành phần: + R1 (Buffer): Saline (0.9%) + Accelerator + Sodium azide (0.09%) + R2 (Antiserum): Phosphate buffer saline + Polyclonal goat anti-human Albumin (variable) + Sodium azide (0.09%) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, EC, FSC.	CH Séc	2024 trở về sau	Hộp	20,0
7	Hóa chất hiệu chuẩn microalbumin	- Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng microalbumin niệu. - Hiệu chuẩn 6 điểm dựa vào tỷ lệ thể tích pha loãng (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32)	CH Séc	2024 trở về sau	Hộp	3,0
8	Hóa chất nội kiểm tra chất lượng microalbumin	Hóa chất nội kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm định lượng microalbumin niệu.	CH Séc	2024 trở về sau	Hộp	5,0

STT	STT theo thư mời chào giá	Tên danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021/Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017* (nếu có)	Mã ký hiệu/Chung loại	Thành phần, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách đóng gói	BVT	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Phân loại	Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu	Tiêu chuẩn chất lượng	Thời gian giao hàng	Giá trị hàng đầu tư tại CSYT (nếu có)	Tên đơn vị trúng thầu (nếu có)	Chú chú
1																						
2																						
TỔNG CỘNG																						

Ghi chú:

- * Theo hướng dẫn tại Công văn số 12609/SYT-KHTC ngày 27/11/2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024.
- 1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
- 2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- 3. Báo giá có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày báo giá.
- 4. Nội dung nào không có thông tin nhà thầu để trống.

.....Ngày ... tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

