

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Củ Chi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm khí y tế cho Bệnh viện Đa khoa Củ Chi** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547.

3.2. Nhận qua email: tothau.bvcc@gmail.com. (Quý công ty gửi file excel và file scan bảng báo giá qua email đồng thời gửi thư bảng báo giá về địa chỉ: Tổ thầu - số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM. Số điện thoại: 028.6654.8547)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24. tháng 4. năm 2026 đến ngày 08. tháng 5. năm 2026.

- Cụ thể thời gian tiếp nhận báo giá mỗi ngày trong thời hạn quy định như sau:

- Sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

- Các báo giá sẽ được Bệnh viện tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (Bệnh viện sẽ không tiếp nhận báo giá vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Đính kèm Phụ lục danh mục hàng hóa).

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 24 giờ đến 48 giờ tính từ khi nhà thầu nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: không có.

- Thanh toán hợp đồng khi trúng thầu:

Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

Thời hạn thanh toán: 90-120 ngày kể từ ngày bệnh viện nhận được hóa đơn tài chính và đầy đủ hồ sơ thanh toán (bao gồm: Biên Bản nghiệm thu, Mẫu số 08a, Bảng đối chiếu công nợ) của nhà thầu;

5. Các thông tin khác:

- Nhà thầu vui lòng báo giá mẫu (Đính kèm Mẫu báo giá);

- Mô tả đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi khi HĐKHCN của Bệnh viện có nhu cầu;

- Địa điểm cung cấp hàng hóa sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi – Địa chỉ: số 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, TP. HCM;

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TT (TTTT.02b);



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tô Bảo Hoàng

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cử Chi

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh....., số điện thoại liên hệ....., email”

Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện huyện Cử Chi và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói	ĐVT	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
....									
TỔNG CỘNG (.... KHOẢN)									(VND)

Bảng chữ:

Ghi chú:

1. Nhà thầu điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có).
2. Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
3. Bảo giá có hiệu lực:..... kể từ ngày báo giá.

....., Ngày ... tháng năm 2026

DẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



ĐƠN
SỐ 102/Đ

ĐƠN
SỐ 102/Đ

ĐƠN
SỐ 102/Đ

ĐƠN
SỐ 102/Đ

ĐƠN
SỐ 102/Đ



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÚ CHI

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thông báo số: 659.../TB-BVCC ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Cú Chi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1	Khí Oxy y tế chai lớn	Chai	400	Quy cách: 6m ³ /chai Hàm lượng khí Oxy: ≥ 99,6% Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1068-2009, ISO 9001. Thể tích vỏ bình: 40 lít Áp suất làm việc: 150kg/cm ²
2	Khí Oxy y tế chai nhỏ	Chai	330	Quy cách: 1m ³ /chai Hàm lượng khí Oxy: ≥ 99,6% Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1068-2009, ISO 9001. Thể tích vỏ bình: 7 lít Chiều cao: 60cm Đường kính đáy: 12-15cm Áp suất làm việc: 150kg/cm ²
3	Khí Oxy y tế chai nhỏ	Chai	210	Quy cách: 1,5m ³ /chai Hàm lượng khí Oxy: ≥ 99,6% Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1068-2009, ISO 9001. Thể tích vỏ bình: 10 lít Chiều cao: 66cm Đường kính đáy: 12-15cm Áp suất làm việc: 150kg/cm ²



STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
4	Oxy lỏng y tế	Kg	63.000	Hàm lượng khí Oxy: $\geq 99,6\%$ Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1068-2009, ISO 9001.
5	Khí CO2 y tế	Kg	240	Hàm lượng khí CO2: $\geq 99,6\%$ Quy cách: 8kg/chai Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1068-2009, ISO 9001.